

nummer 16203799.1000.1

blad 1 van 1

Aanvrager Politie Noord-Nederland
Rademarkt 12
9711 CV GRONINGEN

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARFK-0053
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 9

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 11 november 2016.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 11 november 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.



NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

- Aanvrager** Politie Noord-Nederland
Rademarkt 12
9711 CV GRONINGEN
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARFK-0053
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 9
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 11 november 2016.
- Resultaat** Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 11 november 2016



C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.