



N16.009706

VERKLARING

nummer 16200709.1000.1
blad 1 van 1

Aanvrager Maha Nederland BV
Postbus 581
4200 AN GORINCHEM

Aangeboden Een remvertragingsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Maha
type : VZM300
typegoedkeuringsnummer : TP5616
serienummer : 473080-001
onderzocht meetbereik : 0 - 9,81 m/s²

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften, zoals genoemd in de *Concept voorschriften meetmiddelen politie*.

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 12 april 2016.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 12 april 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur