



N15.014746

VERKLARING

nummer 15202240.1000.2
blad 1 van 1

Aanvrager MD Techniek BV
Postbus 1041
4700 BA ROOSENDAAL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI
type : WL 103
serienummer : 1502
weegvermogen : 2.000 kg
afleeseenheid : 10 kg
typegoedkeuringsnummer : 64.E827

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 4 november 2015.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften zoals genoemd in de *Regeling meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 24 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 4 november 2015


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur