

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 103  
serienummer : 1502  
weegvermogen : 2.000 kg  
afleeseenheid : 10 kg  
typegoedkeuringsnummer : 64.E827

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 10 oktober 2022.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 10 oktober 2023 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 10 oktober 2022

Certificatiebestuur