

nummer 2000522.00019.4
blad 1 van 1

Aanvrager MD Techniek BV
Neon 15-P
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI
type : WL 103
serienummer : 1502
weegvermogen : 2.000 kg
afleeseenheid : 10 kg
typegoedkeuringsnummer : 64.E827

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 29 november 2017.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 29 november 2017



C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

