

- Aanvrager** MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL
- Aangeboden** Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : HAENNI  
type : WL 103  
serienummer : 4385  
weegvermogen : 10.000 kg  
afleeseenheid : 20 kg  
typegoedkeuringsnummer : 64.E827
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 2 oktober 2017.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften zoals genoemd in de *Regeling meetmiddelen politie*.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 24 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 2 oktober 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur



