

- Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL
- Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : HAENNI  
type : WL 103  
serienummer : 4386  
weegvermogen : 10.000 kg  
afleeseenheid : 20 kg  
typegoedkeuringsnummer : 64.E827
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 10 oktober 2019.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt op 10 oktober 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 10 oktober 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur