

<b>Aanvrager</b>	<b>Politie Oost-Nederland Hermandad 2 7511 JN ENSCHEDE</b>
<b>Aangeboden</b>	<b>Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek</b> fabrikaat : Dräger type : Alcotest 9510 serienummer : ARDL-0006 typegoedkeuringsnummer : T7802 kalibratienummer : 24
<b>Onderzoeksdatum</b>	<b>Het onderzoek werd verricht op 17 januari 2019.</b>
<b>Resultaat</b>	<b>Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".</b>
<b>Herleidbaarheid</b>	<b>De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.</b>
<b>Opmerking</b>	<b>Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.</b>

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 17 januari 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**