

Aanvrager	Dräger Nederland B.V. Huygensstraat 35 2721 ZOETERMEER
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een eerste onderzoek fabrikaat : Dräger type : Alcotest 9510 serienummer : ARJD-0008 typegoedkeuringsnummer : T7802 kalibratienummer : 7
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 30 mei 2016.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 30 mei 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.