

Aanvrager	Politie Oost-Nederland Zonnehorst1 7207 BT Zutphen
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1671 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 2 oktober 2017.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie en de Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters.</i>
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 2 oktober 2017


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur