



# VERKLARING

nummer 3761289.00009.2

blad 1 van 1

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aanvrager       | Politie Oost-Nederland<br>Arnhemseweg 348<br>7334 AC Apeldoorn  |
| Aangeboden      | Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Turnkey Instruments<br>type : Tintman<br>typegoedkeuringsnummer : TP7611<br>serienummer : 1678<br>meetbereik : 0-100 % transmittantie    |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 2 februari 2024.   |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeter aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeter</i> .  |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.  |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt op 2 februari 2025 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 2 februari 2024

Certificatiebestuur