

Verklaring

Nummer 11500840
Blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Gooi en Vechtstreek - Politie Loosdrecht
Nieuw Loosdrechtsedijk 2
1231 KX LOOSDRECHT
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
fabrikaat : Intoximeters Inc.
type : Intox EC/IR
serienummer : 04608
typegoedkeuringsteken : T5973
kalibratienummer : 4608005
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Datum van onderzoek Het onderzoek werd verricht op 22 februari 2011.
- Herleidbaarheid De bij de verrichte kalibratie en metingen gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na dagtekening of bij herstelling of verandering van het apparaat indien deze op het resultaat van het ademonderzoek van invloed kan zijn (artikel 5 van bovengenoemde Regeling).

De aangewezen keuringsinstantie,
NMI Certin, 22 februari 2011


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.