# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 2000561.04600.1A
blad 1 van 1

| | |
|---|---|
| Aanvrager | Politie Noord-Holland<br>Kerklaan 61<br>2101 HL HEEMSTEDE |
| Aangeboden | Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).<br>fabrikaat : Intoximeters Inc.<br>type : Intox EC/IR<br>serienummer : 04443<br>typegoedkeuringsnummer : T5973<br>kalibratienummer : 4443020 |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 13 januari 2017. |
| Resultaat | Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse". |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,
NMi Certin, 13 januari 2017

C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMi Certin B.V.**
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

INSPECTIE RvA I 122

1099.986-1023
Marcel Loerakker