

- Aanvrager** Politie Noord-Holland
Dorpsstraat 566
1566 BZ ASSENDELFT
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een eerste onderzoek
- fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARHA-0021
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 10
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 24 november 2015.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 24 november 2015


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.