



# VERKLARING

nummer 3587050.1-2232983.1

blad 1 van 1

**Kopie!**

Aanvrager  
Politie - 105894  
Hertog Aalbrechtweg 36  
1823 DL Alkmaar

Origineel in de blauwe NMI-map of bij de beheerder

**Geldig tot: 18-05-2023**

Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.
	fabrikaat : Dräger
	type : Alcotest 9510
	serienummer : ARHA-0021
	typegoedkeuringsnummer : T7802
	kalibratienummer : 18
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 03-11-2022.
Resultaat	Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
De keuringsinstelling, NMI Certin, 03-11-2022	
Certificatiebestuur	

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Thijsseweg 11  
2629 JA Delft  
Nederland  
T +31 (0)88 636 2332  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

