

- Aanvrager** Politie Noord-Holland  
Laan der Nederlanden 102  
1945 AC BEVERWIJK
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 7110 MK III  
serienummer : ARSC-0065  
typegoedkeuringsnummer : IJK94403  
kalibratienummer : 00123
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 31 mei 2016.
- Resultaat** Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 31 mei 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**