

nummer 2572418.00072.1
blad 1 van 1

- Aanvrager** Politie Noord-Holland
Hertog Aalbrechtweg 36
1823 DL Alkmaar
- Aangeboden** Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| fabrikaat | : | Turnkey Instruments |
| type | : | Tintman |
| typegoedkeuringsnummer | : | TP7611 |
| serienummer | : | 1601 |
| meetbereik | : | 0-100 % transmittantie |
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 11 oktober 2021.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt op 11 oktober 2022 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 11 oktober 2021

Certificatiebestuur

Planon 4045201
Basisteam Den Helder