



VERKLARING

nummer 3761289.00042.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Noord-Holland Hertog Aalbrechtweg 36 1823 DL Alkmaar
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1662 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 19 april 2024.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de <i>Regeling meetmiddelen politie 2022</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 19 april 2025 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 19 april 2024

Certificatiebestuur