

| | |
|-----------------|--|
| Aanvrager | Politie Noord-Holland Postbus 400 1544 ZG ZAANDIJK |
| Aangeboden | Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : TMN 1664 meetbereik : 0-100 % transmittantie |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 11 augustus 2016. |
| Resultaat | Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters</i> . |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 11 augustus 2016



C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur