

Aanvrager	Politie Noord-Holland Postbus 21 1800 AA ALKMAAR
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1684 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 26 januari 2016.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 26 januari 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur