

VERKLARING

nummer 2533254.00501.1

blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Amsterdam Hoofdweg 785 1055 SC AMSTERDAM
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Dräger type : Alcotest 9510 serienummer : ARKC-0098 typegoedkeuringsnummer : T7802 kalibratienummer : 12
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 12 november 2020.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 12 november 2020

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Nederland
T +31 (0)88 636 2332
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

