



# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 2367165.00501.2A  
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam  
James Wattstraat 84  
1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).

fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARHA-0044  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 17

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 9 mei 2019.

Resultaat Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 9 mei 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**