



VERKLARING

nummer 2416405.00501.4
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam
James Wattstraat 84
1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Dräger
type	:	Alcotest 9510
serienummer	:	ARKC-0086
typegoedkeuringsnummer	:	T7802
kalibratienummer	:	13

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 7 november 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 7 november 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.