

nummer 2017582.04600.12

blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam
 James Wattstraat 84
 1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Intoximeters Inc.
type : Intox EC/IR
serienummer : 04629
typegoedkeuringsnummer : T5973
kalibratienummer : 4629021

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 21 maart 2017.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 21 maart 2017


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.