



# VERKLARING

nummer 16203105.1000.22

blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Amsterdam James Wattstraat 84 1097 DM AMSTERDAM
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Intoximeters Inc. type : Intox EC/IR serienummer : 04688 typegoedkeuringsnummer : T5973 kalibratienummer : 4688028
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 21 september 2016.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 21 september 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.





# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 16203105.1000.22A  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Amsterdam  
James Wattstraat 84  
1097 DM AMSTERDAM

**Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).

fabrikaat : Intoximeters Inc.  
type : Intox EC/IR  
serienummer : 04688  
typegoedkeuringsnummer : T5973  
kalibratienummer : 4688028

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 21 september 2016.

**Resultaat** Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 21 september 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

