



# VERKLARING

nummer 13200732.1000.9

blad 1 van 1

Aanvrager                    Politie Amsterdam-Amstelland  
James Wattstraat 84  
1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden                Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

                                  fabrikaat                               : Intoximeters Inc.  
                                  type                                       : Intox EC/IR  
                                  serienummer                           : 04629  
                                  typegoedkeuringsnummer       : 5973  
                                  kalibratienummer                   : 4629013

Onderzoeksdatum        Het onderzoek werd verricht op 18 maart 2013.

Resultaat                    Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften  
zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid        De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire  
en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking                    Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling  
of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor  
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 18 maart 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Locatie Dordrecht  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
T +31 (0)78 633 23 20  
F +31 (0)78 633 23 48  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het  
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid  
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring  
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens  
derden.

NMI Certin B.V., KvK nr. 27.233.418

Reproductie van het volledige document is toegestaan.  
Gedeelten van het document mogen slechts worden  
gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van  
het laboratorium van afgifte.





# VERKLARING

nummer 13203324.1000.10

blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Amsterdam-Amstelland  
James Wattstraat 84  
1097 DM AMSTERDAM
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Intoximeters Inc.  
type : Intox EC/IR  
serienummer : 04629  
typegoedkeuringsnummer : 5973  
kalibratienummer : 4629013
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 16 september 2013.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 16 september 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag van toezending, bezwaar aantekenen bij de directeur NMI Certin B.V. (zie [www.nmi.nl](http://www.nmi.nl))

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

