



VERKLARING

nummer 14200681.1000.16
blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Amsterdam
 James Wattstraat 84
 1097 DM AMSTERDAM
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Intoximeters Inc.
 type : Intox EC/IR
 serienummer : 04639
 typegoedkeuringsnummer : T5973
 kalibratienummer : 4639013
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 11 maart 2014.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 11 maart 2014


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMi Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag van toezending, bezwaar aantekenen bij de directeur NMI Certin B.V. (zie www.nmi.nl)

Reproductie van het volledige document is toegestaan.





VERKLARING

nummer 14203290.1000.18

blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Amsterdam
James Wattstraat 84
1097 DM AMSTERDAM
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Intoximeters Inc.
type : Intox EC/IR
serienummer : 04639
typegoedkeuringsnummer : T5973
kalibratienummer : 4639014
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 16 september 2014.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 16 september 2014


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

