



VERKLARING

nummer 2291712.00164.1
blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Amsterdam
James Wattstraat 84
1097 DM Amsterdam
- Aangeboden Een laser-snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Laser Technology
type : Ultralyte 100 LR
typegoedkeuringsnummer : TP 5583
nummer : UX 017869
bereik : 0 km/h - 250 km/h
categorie : B
- Opstellingswijze Opstelling zonder afscherming tussen apparaat en gemeten voertuig.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 15 augustus 2019.
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 15 augustus 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur