



# CERTIFICAAT

nummer 16202936.1000.1  
blad 1 van 1

**Aanvrager** SKB Group BV  
Christiaan Huygensstraat 41  
3291 CN STRIJEN

**Aangeboden** Een bromfietsrollentestbank voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Sneep  
type : BRT-NL2  
typegoedkeuringsnummer : T6964  
meetbereik : 0-100 km/h  
serienummer bank : IN10053  
softwareversie : V2.3  
checksum : DF68

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 29 november 2016.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de bromfietsrollentestbank aan de voorschriften zoals vermeld in *hoofdstuk 8 van de Regeling voertuigen*.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Dit certificaat vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 29 november 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur