



VERKLARING

nummer 13201583.1000.3

blad 1 van 1

Aanvrager MD Techniek BV
Postbus 1041
4700 BA ROOSENDAAL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Haenni
type : WL103
serienummer : 195
weegvermogen : 2.000 kg
afleeseenheden : 10 kg
typegoedkeuringsnummer : 64.E827

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 10 juni 2013.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften zoals genoemd in de *Regeling meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 24 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 10 juni 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

NMI Certin B.V.
Locatie Dordrecht
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
T +31 (0)78 633 23 20
F +31 (0)78 633 23 48
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan. Gedeelten van het document mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.

NMI Certin B.V., KvK nr. 27.233.418