



# CERTIFICAAT

nummer 15203735.1000.2  
blad 1 van 1

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Dutch Dynamometers & Engineering<br>Hogerwerf 15<br>4704 RV ROOSENDAAL   |
| Aangeboden      | Een bromfietsrollentestbank voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : DynoStar<br>type : Model 2C-S<br>typegoedkeuringsnummer : T6820<br>meetbereik : 0-125 km/h<br>serienummer bank : 020278<br>serienummer elektronica : 238<br>kalibratieteller : 00003<br>softwareversie : 3.22<br>checksum : `0x0000FF76 |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 27 november 2015.   |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed de bromfietsrollentestbank aan de voorschriften zoals vermeld in <i>hoofdstuk 8 van de Regeling voertuigen</i> .   |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Dit certificaat vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.   |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 27 november 2015

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur