

Aanvrager	Honac Nederland B.V. Nagelpoelweg 16 7333 NZ APELDOORN
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Intoximeters type : Intox EC/IR serienummer : 05027 typegoedkeuringsnummer : T5973 kalibratienummer : 5027026
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 17 april 2013.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 17 april 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**