

# VERKLARING

nummer 2000565.05500.1  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Oost-Brabant  
Raadhuislaan 39  
5341 GL OSS

**Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARFL-0029  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 8

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 17 januari 2017.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 17 januari 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 2000565.05500.1A  
blad 1 van 1

- Aanvrager** Politie Oost-Brabant  
Raadhuislaan 39  
5341 GL OSS
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARFL-0029  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 8
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 17 januari 2017.
- Resultaat** Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 17 januari 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.



# VERKLARING

nummer 16202271.1000.1  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Oost-Brabant  
Raadhuislaan 39  
5341 GL OSS

**Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARFL-0029  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 8

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 19 juli 2016.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certm, 19 juli 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.



# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 16202271.1000.1A  
blad 1 van 1

- Aanvrager** Politie Oost-Brabant  
Raadhuislaan 39  
5341 GL OSS
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARFL-0029  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 8
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 19 juli 2016.
- Resultaat** Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 19 juli 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

