

Aanvrager            Politie Oost-Brabant  
                          Repelweg 6  
                          5261 SM VUGHT

Aangeboden            Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Dräger
type	:	Alcotest 9510
serienummer	:	ARFL-0041
typegoedkeuringsnummer	:	T7802
kalibratienummer	:	14

Onderzoeksdatum    Het onderzoek werd verricht op 4 oktober 2019.

Resultaat             Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid     De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking            Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 4 oktober 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

Aanvrager            Politie Oost-Brabant  
                          Repelweg 6  
                          5261 SM VUGHT

Aangeboden            Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille  
                          grens (beginnend bestuurder).

fabrikaat                : Dräger  
type                      : Alcotest 9510  
serienummer            : ARFL-0041  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer     : 14

Onderzoeksdatum     Het onderzoek werd verricht op 4 oktober 2019.

Resultaat              Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale  
                          concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en  
                          4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid      De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of  
                          (inter)nationale standaarden.

Opmerking             Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of  
                          verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste  
                          werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 4 oktober 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**