

nummer 13201796.1000.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Brabant-Noord (Team Vught) Repelweg 6 5261 SM VUGHT
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Dräger type : Alcotest 7110 MKIII serienummer : ARSE-0008 typegoedkeuringsnummer : IJK94403 kalibratienummer : 00111
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 31 mei 2013.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 31 mei 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

Aanvrager	Politie Brabant-Noord (Team Vught) Repelweg 6 5261 SM VUGHT
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder). fabrikaat : Dräger type : Alcotest 7110 MKIII serienummer : ARSE-0008 typegoedkeuringsnummer : IJK94403 kalibratienummer : 00111
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 31 mei 2013.
Resultaat	Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 31 mei 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Locatie Dordrecht
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
T +31 (0)78 633 23 20
F +31 (0)78 633 23 48
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

NMI Certin B.V., KvK nr. 27.233.418

Reproductie van het volledige document is toegestaan. Gedeelten van het document mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte.