



# VERKLARING

nummer 2447837.00003.1  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Limburg  
Tunnelweg 113  
6468 EJ Kerkrade

**Aangeboden** Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments  
type : Tintman  
typegoedkeuringsnummer : TP7611  
serienummer : 1648  
meetbereik : 0-100 % transmittantie

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 25 februari 2020.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt op 25 februari 2021 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 25 februari 2020

Certificatiebestuur