

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 108  
serienummer : 46  
weegvermogen : 10.000 kg  
afleeseenheid : 50 kg  
typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 1 oktober 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 1 oktober 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 1 oktober 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur



# VERKLARING

nummer 2291773.00026.4  
blad 1 van 1

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 108  
serienummer : 17  
weegvermogen : 2.000 kg  
afleeseenheid : 10 kg  
typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 30 september 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 30 september 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 30 september 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur



# VERKLARING

nummer 2291773.00026.3  
blad 1 van 1

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 108  
serienummer : 16  
weegvermogen : 2.000 kg  
afleeseenheid : 10 kg  
typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 30 september 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 30 september 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 30 september 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 108  
serienummer : 47  
weegvermogen : 10.000 kg  
afleeseenheid : 50 kg  
typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 1 oktober 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 1 oktober 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 1 oktober 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur