



# VERKLARING

nummer 2572418.00035.2  
blad 1 van 1

**Aanvrager**

**Aangeboden**

Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments  
type : Tintman  
typegoedkeuringsnummer : TP7611  
serienummer : 2038  
meetbereik : 0-100 % transmittantie

**Onderzoeksdatum**

Het onderzoek werd verricht op 20 april 2021.

**Resultaat**

Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

**Herleidbaarheid**

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking**

Deze verklaring vervalt op 20 april 2022 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 20 april 2021

Certificatiebestuur