

nummer 2000518.00005.2

blad 1 van 1

**Aanvrager** CASU-Utrecht BV  
Ravenswade 118  
3439 LD NIEUWEGEIN

**Aangeboden** Een Manometer voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Wabco  
type : 453 004 997 0  
typegoedkeuringsnummer : APK-023  
serienummer : WNL01000225  
meetbereik : 0-16 bar

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 25 augustus 2017.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voor het meetmiddel geldende eisen zoals vermeld in de *Hoofdstuk 8 van de regeling voertuigen*.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Dit certificaat vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 25 augustus 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**LAATST AFGEGEVEN CERTIFICAAT BEWAREN EN BESCHIKBAAR HOUDEN TER PLAATSE VAN DE KEURING**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag van toezending, bezwaar aantekenen bij de directeur NMI Certin B.V. (zie [www.nmi.nl](http://www.nmi.nl))

Reproductie van het volledige document is toegestaan.