

- Aanvrager Politie Noord-Nederland
Holstmeerweg 3a (Afd. Verkeer)
8936 AS LEEUWARDEN
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- | | |
|------------------------|-----------------|
| fabrikaat | : Dräger |
| type | : Alcotest 9510 |
| serienummer | : ARFK-0028 |
| typegoedkeuringsnummer | : T7802 |
| kalibratienummer | : 20 |
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 31 oktober 2019.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 31 oktober 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

- Aanvrager** Politie Noord-Nederland
Holstmeerweg 3a (Afd. Verkeer)
8936 AS LEEUWARDEN
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARFK-0028
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 20
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 31 oktober 2019.
- Resultaat** Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 31 oktober 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

