



VERKLARING

nummer 2447836.00069.1
blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Noord-Nederland
Noordereind 4
9207 AL Drachten
- Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| fabrikaat | : | Turnkey Instruments |
| type | : | Tintman |
| typegoedkeuringsnummer | : | TP7611 |
| serienummer | : | 1554 |
| meetbereik | : | 0-100 % transmittantie |
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 2 oktober 2020.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt op 2 oktober 2021 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 2 oktober 2020

Certificatiebestuur