

| | |
|------------------|--|
| Aanvrager | Politie Eenheid Noord Nederland Noordereind 4 9207 AL Drachten |
| Aangeboden | Een laser-snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Laser Technology type : Ultralyte 100 LR typegoedkeuringsnummer : TP 5583 nummer : UX 011231 bereik : 0 km/h - 250 km/h categorie : B |
| Opstellingswijze | Opstelling zonder afscherming tussen apparaat en gemeten voertuig. |
| Resultaat | Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> . |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 28 november 2016. |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 28 november 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur



Ommelanden West