

- Aanvrager** Politie Noord Nederland
Noorderend 4
9207 AL DRACHTEN
- Aangeboden** Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| fabrikaat | : | Turnkey Instruments |
| type | : | Tintman |
| typegoedkeuringsnummer | : | TP7611 |
| serienummer | : | 1423 |
| meetbereik | : | 0-100 % transmittantie |
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 25 juni 2019.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 25 juni 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur