

Aanvrager	Politie Noord-Nederland Noordereind 4 9207 AL Drachten
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 1555 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 7 augustus 2020.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 7 augustus 2021 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 7 augustus 2020

Certificatiebestuur