VERKLARING

Aanvrager	Politie Noord-Nederland Noordereind 4 9207 AL Drachten
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Turnkey Instruments
type	:	Tintman
typegoedkeuringsnummer	:	TP7611
serienummer	:	1572
meetbereik	:	0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 16 augustus 2018.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMi Certin, 16 augustus 2018

C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

NMi Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 32
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Paul Werner