



N15.031928

VERKLARING

nummer 15202782.1000.1

blad 1 van 1

- Aanvrager** Polite Eenheid Noord Nederland
Sontweg 8
9723 AT Groningen
- Aangeboden** Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : TMN 1668
meetbereik : 0-100 % transmittantie
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 22 september 2015.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 22 september 2015


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

27 OKT. 2015


2015