



# VERKLARING

nummer 2291759.00074.1  
blad 1 van 1

Aanvrager            Politie Noord-Nederland  
                          Noorderend 4  
                          9207 AL Drachten

Aangeboden            Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

                          fabrikaat                           : Turnkey Instruments  
                          type                                 : Tintman  
                          typegoedkeuringsnummer       : TP7611  
                          serienummer                       : 2082  
                          meetbereik                        : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum    Het onderzoek werd verricht op 23 oktober 2019.

Resultaat             Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

Herleidbaarheid    De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking            Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 23 oktober 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur