



VERKLARING

nummer 2447836.00061.4
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Noord-Nederland
 Noordereind 4
 9207 AL Drachten

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Turnkey Instruments
type	:	Tintman
typegoedkeuringsnummer	:	TP7611
serienummer	:	2138
meetbereik	:	0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 7 augustus 2020.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 7 augustus 2021 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 7 augustus 2020

Certificatiebestuur