

Aanvrager Politie Noord-Nederland
Noordereind 4
9207 AL Drachten

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 2138
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 16 oktober 2023.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeters aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeters*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 16 oktober 2024 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 16 oktober 2023

Certificatiebestuur