

Aanvrager Politie Noord-Nederland  
Noordereind 4  
9207 AL Drachten

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments  
type : Tintman  
typegoedkeuringsnummer : TP7611  
serienummer : 2171  
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 18 maart 2022.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 18 maart 2023 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 18 maart 2022

Certificatiebestuur